



Dr. Arabin
dare to care

Dr. Arabin GmbH & Co. KG

Konformitätserklärung

Seite: 1 von 1

Rev. / Datum:
20 / 02.09.2021

Konformitätserklärung

Firma:

Dr. Arabin GmbH & Co. KG
Alfred-Herrhausen-Str. 44
58455 Witten

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt

- Cerclage Pessar Typ A - Sorte K (CA xx/xx/xx)
- Cerclage Pessar Typ ASQ - Sorte A (ASQ xx/xx/xx)

Richtlinie	93/42/EWG
Klassifizierung	Klasse IIb
Angewandte Regeln	Regel 5

entspricht.

Es erfüllt die Grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I der Richtlinie 93/42 EWG.

Konformitätsbewertungsverfahren:

Klasse IIb Anhang II ohne Abschnitt 4

Zertifikate:

QS – 1340 Bescheinigungs-Nr. 1340DE410191127 (gültig bis 27. Juli 2024)

Benannte Stelle:

MEDCERT GmbH, Pilatuspool 2, 20355 Hamburg
Kennnummer: 0482

Diese Konformitätserklärung ist gültig bis zum Ablauf der obigen Zertifikate oder wenn eine Änderung am Produkt vorgenommen wird.

Abteilung	Geprüft am	Freigegeben durch
Geschäftsleitung	02.09.2021	
QM-Beauftragter	02.09.2021	M. Prier